УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела сервиса
ОДО «ТахатАкси»
_____ О.А. Фомин
2026 г.

**АКТ №2026/030902**
технического состояния
**Анализатор гематологический автоматический Mythic 22AL, зав №301021-001204**

| Основание (цель) выполнения операции. | Дата проведения операции | Исполнитель | Заказчик (учреждение, организация) |
|---|---|---|---|
| Диагностика | 03.09.2026 | Поздняков А.С. | УЗ «10-я городская клиническая больница» |

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

| п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Заводской номер | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mythic 22AL | шт. | 1 | 301021-001204 | |
| | | | | | |

**1. Техническое состояние**

Анализатор гематологический автоматический Mythic 22AL, зав №301021-001204 неисправен. После осмотра и диагностики выявлены следующие дефекты:

– Неисправность дисплея.

**2. Техническое заключение**

Анализатор гематологический автоматический Mythic 22AL, зав №301021-001204 пригоден к ремонту. Необходимо провести следующие работы:

– Замена дисплея;
– Настройка и калибровка выходных параметров.

**Комиссия в составе:**

Инженер-электроник _____ Храмкова А.С.

Инженер-электроник _____ Капустин А.С.