Общество с ограниченной ответственностью
"БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 388-16-48
Факс +375 17 320-07-37

Государственное учреждение здравоохранения
"Минский областной клинический госпиталь
инвалидов Великой Отечественной войны
имени П.М.Машерова"
аг. Лесной, Минский район, Минская область,
223040
Тел. +375 29 140-39-08

Дефектный акт № 765 от 30.10.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

аппарат искусственной вентиляции легких SV600, серийный номер AA6-25016219

2. Выявленные неисправности:

- аппарат не проходит тестирование.
- выявлено нарушение условий эксплуатации (каналы и магистрали аппарата залиты водой)

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

требуется проведение комплекса работ по выявлению неисправностей в лабораторных условиях - полная разборка, сушка, диагностика всех узлов и компонентов аппарата.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

-

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. Л.

Подпись

Представитель «Государственное учреждение здравоохранения "Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова"»

Инж. по мед. обор.
Должность, ФИО

Подпись

Общество с ограниченной ответственностью
"БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 388-16-48
Факс +375 17 320-07-37

Государственное учреждение здравоохранения
"Минский областной клинический госпиталь
инвалидов Великой Отечественной войны
имени П.М.Машерова"
аг. Лесной, Минский район, Минская область,
223040
Тел. +375 29 140-39-08

Дефектный акт № 766 от 30.10.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

аппарат искусственной вентиляции легких SV600, серийный номер AA6-25016233

2. Выявленные неисправности:

- аппарат не проходит тестирование.
- выявлено нарушение условий эксплуатации (каналы и магистрали аппарата залиты водой)

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

требуется проведение комплекса работ по выявлению неисправностей в лабораторных условиях - полная разборка, сушка, диагностика всех узлов и компонентов аппарата.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. Л.

Подпись

Представитель «Государственное учреждение здравоохранения "Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова"»

Инж. по мед. обор.
Должность, ФИО

Подпись