МТ №838/26 Приложение 1
лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

Светильник передвижной бестеневой

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Блок излучения света на штативе с подпружиненным рычагом.	1
2.	Съемная рукоятка для перемещения купола.	3
3.	Источник автономного питания.	1

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
	Блок излучения света диаметром 55- 65 см
2.1	Источник света – купол диаметром 55-65 см, светодиоды с суммарной яркостью не менее 160 000 люкс и сроком службы не менее 50 000 часов. Плавная регулировка яркости.
2.2	Ступенчатая регулировка цветовой температура (не менее 4 ступеней) излучаемого света допускается в диапазоне не уже 3500 – 5000 К°. Индекс цветопередачи общий (Ra) не менее 97.
2.3	*Наличие функции подавления теней.
2.4	Возможность с помощью стерильной рукоятки изменить положение купола яркость и размер светового пятна.
2.5	Пульт управления параметрами работы светильника должен быть расположен на рычагах подвески близких к куполу.
2.6	Глубина освещенного пространства (с сохранением 60% от яркости) не менее 500 мм. Диаметр светового поля на расстоянии 1 метр от источника света не уже диапазона 16-30 см.
2.7	Размещенная на штативе подвеска должна позволять изменять положение блока излучения света по высоте и наклону. Максимальная высота штатива в транспортном положении должна позволять преодолеть стандартный дверной проем (2 м)
	Съемная рукоятка для перемещения купола.
2.8	Съемная рукоятка должна быть стерилизуемая автоклавированием.
	Источник автономного питания.
2.9	Должен обеспечить полноценную работу светильника не менее чем в течение 3 часов.

* обязательное выполнение данного пункта. Предложение должно быть отклонено при несоответствии данным требованиям.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.