БелМТ №846/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Троакарный трубка 10 для пациентов с ожирением | шт | 12 |
| 1.2. | Троакарная стилет 10 д ля пациентов с ожирением | шт | 12 |
| 1.3. | Троакарная трубка 10 | шт | 36 |
| 1.4. | Троакарный стилет 10 | шт | 36 |
| 1.5. | Троакарная трубка 12,5-13 | шт | 4 |
| 1.6. | Троакарная стилет 12,5-13 | шт | 4 |
| 1.7. | Троакарная трубка 5р | шт | 12 |
| 1.8. | Троакарная трубка 5г | шт | 24 |
| 1.9. | Троакарный стилет 5 | шт | 36 |
| 1.10. | Редукционная трубка 10 мм к 5 мм | шт | 36 |
| 1.11. | Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм | шт | 4 |
| 1.12. | Комплект уплотнителей для троакаров | компл | 1 |
| 1.13. | Игла Вереша | шт | 2 |
| 1.14. | Ретрактор 10 мм; 5-ти лепестковый | шт | 6 |
| 1.15. | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект | шт | 8 |
| 1.16. | Рабочая вставка к щипцам биполярным | шт | 8 |
| 1.17. | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект | шт | 4 |
| 1.18. | Рабочая вставка к диссектору биполярному | шт | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.19. | Щипцы для диссекции, комплект | шт | 6 |
| 1.20. | Рабочая вставка к диссектору | шт | 6 |
| 1.21. | Щипцы для диссекции, комплект | шт | 2 |
| 1.22. | Захватывающие щипцы, комплект | шт | 12 |
| 1.23. | Захватывающие щипцы, комплект | шт | 4 |
| 1.24. | Захватывающие щипцы, комплект | шт | 2 |
| 1.25. | Захватывающие щипцы, комплект | шт | 4 |
| 1.26. | Захватывающие щипцы, комплект | шт | 2 |
| 1.27. | Биопсийные щипцы | шт | 4 |
| 1.28. | ВЧ-электрод тип – кнопка | шт | 3 |
| 1.29. | ВЧ-электрод тип – стандартный крюк | шт | 16 |
| 1.30. | Ножницы, комплект | шт | 8 |
| 1.31. | Рабочая вставка к ножницам | шт | 12 |
| 1.32. | Ножницы, комплект | шт | 4 |
| 1.33. | Рабочая вставка к ножницам | шт | 6 |
| 1.34. | Иглодержатель разборный | шт | 20 |
| 1.35. | Иглодержатель разборный Изо | шт | 4 |
| 1.36. | Рукоятка, для аспирации / ирригации | шт | 12 |
| 1.37. | Трубка для аспирации / ирригации | шт | 12 |
| 1.38. | Клапанная трубка, запасная | шт | 6 |
| 1.39. | Трубка для аспирации / ирригации с иглой | шт | 2 |
| 1.40. | Трубка для аспирации / ирригации монополярная | шт | 6 |
| 1.41. | Клип-аппликатор | шт | 2 |
| 1.42. | Клипсы титановые средне-большие | картр | 200 |
| 1.43. | Игла для закрытия подкожных фасций | шт | 2 |
| 1.44. | Игла для закрытия подкожных фасций | шт | 2 |
| 1.45. | Набор чистящих щёток | компл | 6 |
| 1.46. | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой | компл | 12 |

**2. Показатели (характеристики)** предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

| | |
|---|---|
| 2.1. | **Троакарная трубка:** |
| | диаметр – 11 мм; |
| | рабочая длина – 140-160 мм; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.2. | **Троакарный стилет:** |
| | треугольный наконечник; |
| | для троакара диаметром 11 мм и рабочей длиной 140-160 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.3. | **Троакарная трубка:** |
| | диаметр – 11 мм; |
| | рабочая длина – 80-110 мм; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.4. | **Троакарный стилет:** |
| | треугольный наконечник; |
| | для троакара диаметром 11 мм и рабочей длиной 80-110 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5. | **Троакарная трубка:** |
| | диаметр – 12,5-13,0 мм; рабочая длина – 80-100 мм; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.6. | **Троакарный стилет:** |
| | треугольный наконечник; |
| | для троакара диаметром 12,5-13,0 мм и рабочей длиной 80-100 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.7. | **Троакарная трубка:** |
| | диаметр – 5,5 мм; |
| | рабочая длина – 80-100 мм; |
| | с резьбой; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.8. | **Троакарная трубка:** |
| | диаметр – 5,5 мм; |
| | рабочая длина – 80-100 мм; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.9. | **Троакарный стилет:** |
| | конический наконечник; |
| | для троакара диаметром 5,5 мм и рабочей длиной 80-100 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.10. | **Редукционная трубка 10 мм к 5 мм:** |
| | 10 мм к 5 мм; изолированная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.11. | **Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм:** |
| | 13/11 мм к 5,5 мм, накидная; |

| | |
|---|---|
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.12. | **Комплект уплотнителей для троакаров:** |
| | уплотнители для троакаров 12,5-13,0 мм – 10 шт.; |
| | уплотнители для троакаров 11,0 мм – 100 шт.; |
| | уплотнители для троакаров 5,5 мм – 100 шт.; |
| 2.13. | **Игла Вереша:** |
| | длина 12 см; |
| | с запорным краном; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.14. | **Ретрактор 10 мм;5-ти лепестковый:** |
| | веерный; |
| | диаметр 10 мм; 5 лопастей; |
| | длина 35-40 см; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.15. | **Захватывающие щипцы, биполярные, комплект:** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – Johann; |
| | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.16. | **Рабочая вставка к щипцам биполярным:** |
| | тип – Johann; |
| | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
| | две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.17. | **Щипцы для диссекции, биполярные, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – Maryland; |
| | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата не менее 18 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.18. | **Рабочая вставка к диссектору биполярному:** |
| | тип – Maryland; |
| | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
| | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.19. | **Щипцы для диссекции, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, |

| | |
|---|---|
| | изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – Maryland; скошенные насечки бранш; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.20. | **Рабочая вставка к диссектору:** |
| | тип – Maryland; скошенные насечки бранш; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.21. | **Щипцы для диссекции, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – «Г-образный» диссектор; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.22. | **Захватывающие щипцы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | для всех видов лапароскопических операций; |
| | тип -Croce-olmi; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; |
| | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.23. | **Захватывающие щипцы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип - Manhes; |
| | для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.24. | **Захватывающие щипцы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); |

| | |
|---|---|
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.25. | **Захватывающие щипцы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – Johann; |
| | для всех видов лапароскопических операций; |
| | атравматичные; плоские; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две подвижные бранши;длина захвата не менее 24 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см;диаметр 5 мм; |
| | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.26. | **Захватывающие щипцы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – коготь (2х3 зуба); |
| | для извлечения желчного пузыря, миом и т.д.; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две подвижные бранши;длина захвата не менее 18 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | рукоятка с кремальерой; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.27. | **Биопсийные щипцы** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
| | две овальные подвижные бранши с шипом; длина захвата не менее 12 мм; |
| | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.28. | **ВЧ-электрод тип – кнопка** |
| | тип – кнопка; |
| | диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.29. | **ВЧ-электрод тип – стандартный крюк** |
| | тип – стандартный крюк; |
| | диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.30. | **Ножницы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – Metzenbaum (изогнутые); |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |

| | |
|---|---|
| | две подвижные бранши; |
| | длина захвата 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.31. | **Рабочая вставка к ножницам:** |
| | тип – Metzenbaum (изогнутые); |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.32. | **Ножницы, комплект** |
| | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
| | тип – маленькие ножницы Metzenbaum (изогнутые); |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата 16 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.33. | **Рабочая вставка к ножницам:** |
| | тип – маленькие ножницы Metzenbaum (изогнутые); |
| | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
| | длина захвата 16 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.34. | **Иглодержатель разборный:** |
| | ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка; |
| | рабочая вставка - прямая; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.35. | **Иглодержатель разборный:** |
| | ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка; |
| | рабочая вставка – изогнутая влево; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.36. | **Рукоятка, для аспирации / ирригации:** |
| | с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации); |
| | для использования с насосами, управляемыми давлением |
| 2.37. | **Трубка для аспирации / ирригации:** |
| | диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
| | дистальные отверстия; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.38. | **Клапанная трубка, запасная:** |

| | |
|---|---|
| | клапанные трубки, запасные; |
| | для рукоятки аспирации / ирригации; |
| | 5 мм аспирационный канал. |
| 2.39. | **Трубка для аспирации / ирригации с иглой:** |
| | диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
| | диаметр иглы 1,5 мм; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.40. | **Трубка для аспирации / ирригации монополярная:** |
| | диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
| | дистальные отверстия; |
| | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.41. | **Клип-аппликатор:** |
| | диаметром 10 мм; |
| | длина должна быть 32-36 см; |
| | применение для средне-больших клипс (стандарта Ethicon). |
| 2.42. | **Клипсы титановые средне-большие** |
| | - с размером – средне-большие (стандарт Eticon, LT 300); |
| | - должно быть не менее 6 шт./картр. |
| | - стерильные. |
| 2.43. | **Игла, для закрытия подкожных фасций:** |
| | - рабочая длина 17-18 см; |
| | - диаметр 2,9 – 3,1 мм; |
| | - тип «BERCI». |
| 2.44. | **Игла, для закрытия подкожных фасций:** |
| | - рабочая длина 140 мм; |
| | - диаметр 2,0 – 2,5 мм; |
| | - разборная. |
| 2.45. | **Набор чистящих щёток:** |
| | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки, не менее 6 мм, общая длина, не менее250 мм); |
| | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки, не менее 11 мм, общая длина, не менее250 мм); |
| | щетка для поверхностей. |
| 2.46. | **Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:** |
| | наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 х 135 х 265 мм; |
| | подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 х 175 мм; |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора