Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий на 1 комплект

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Аудиометр	шт.	1
1.1	Наушники для воздушной аудиометрии	шт.	1
1.2	Гарнитура для костной проводимости	шт.	1
1.3	Кнопка ответа пациента	шт.	1
1.4.	Программное обеспечение для установки связи с ПК	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2	Основные технические характеристики аудиометра:	наличие	
2.1.	Режимы аудиометрии: воздушная костная	Наличие	
2.2.	Диапазон частот для воздушной проводимости	125 – 8 000 Гц	
2.3.	Диапазон частот для костной проводимости	250 – 8 000 Гц	
2.4.	Диапазон интенсивности для воздушной проводимости	-10 – 120 дБ	
2.5	Диапазон интенсивности для костной проводимости	-10 – 80 дБ	
2.6.	Маскировка узкополосным шумом	Наличие	
2.7.	Шаги приращения интенсивности	Не более 5 дБ	
2.8.	Возможность программирования параметров исследования (исключение определенных частот)	Наличие	
2.9.	Возможность проведения исследований в ручном и автоматическом режиме	Наличие	
2.10.	Возможность проведения автоматических тестов определения порогов слуха	Наличие	
2.11.	Возможность, как непрерывной, так и импульсной передачи сигнала в исследуемое ухо	Наличие	
2.12.	Возможность сохранения данных о проведенном исследовании, наличие памяти не менее чем на 400 исследований	Наличие	
2.13.	Индикатор ответа пациента	Наличие	
2.14.	Вывод информации на ЖК экран в реальном времени	Наличие	
2.15.	Возможность подключения к ПК, передачи результатов исследований, ведение базы данных, распечатка аудиограмм через внешний принтер	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.