МТ №855/26

лот 1

Приложение 1

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) систем инфузионных подогреваемых**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Система инфузионная подогреваемая | штука | 7 550 |

**2. Показатели (характеристики):**

2.1. Система может использоваться с любыми аппаратами для подогрева инфузионных средств и растворов;

2.2. Конструкция иглы – двухканальная полимерная. Конструкция каплеобразующего элемента иглы должна обеспечивать образование 20 капель из 1мл дистиллированной воды при скорости потока 50±5 капель в минуту;

2.3. Прозрачная капельная камера;

2.4. Прозрачные стенки трубки, позволяющие контролировать образование пузырей воздуха, для исключения их попадания в венозное русло пациента;

2.5. Микрофильтр должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 50 микрон;

2.6. Роликовый регулятор (зажим) необходим для плавного изменения скорости инфузии и должен обеспечивать регулирование тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения;

2.7. Наличие инъекционного порта для дополнительных инъекций;

2.8. Соединение типа Луер адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам;

2.9. Устройство комплектуется инъекционной иглой диаметром 0,8мм, имеющей силиконовое покрытие;

2.10. Наличие защитных колпачков на полимерной и инъекционной иглах;

2.11. Длина устройства должна быть не менее 2500мм;

2.12. Стерильно, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №855/26
лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) систем трансфузионных подогреваемых**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Система трансфузионная подогреваемая | штука | 20 000 |

**2. Показатели (характеристики):**

2.1. Система может использоваться с любыми аппаратами для подогрева трансфузионных средств и растворов;
2.2. Конструкция иглы – двухканальная полимерная. Конструкция каплеобразующего элемента иглы должна обеспечивать образование 20 капель из 1мл дистиллированной воды при скорости потока 50±5 капель в минуту;
2.3. Прозрачная капельная камера;
2.4. Прозрачные стенки трубки, позволяющие контролировать образование пузырей воздуха, для исключения их попадания в венозное русло пациента;
2.5. Микрофильтр должен обеспечивать удаление микрочастиц размером более 175;
2.6. Роликовый регулятор (зажим) необходим для плавного изменения скорости инфузии и должен обеспечивать регулирование тока жидкости от полного перекрытия до струйного истечения;
2.7. Наличие инъекционного порта для дополнительных инъекций;
2.8. Соединение типа Луер адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам;
2.9. Устройство комплектуется инъекционной иглой диаметром 1,2мм, имеющей силиконовое покрытие;
2.10. Наличие защитных колпачков на полимерной и инъекционной иглах;
2.11. Длина устройства должна быть не менее 2500мм;
2.12. Стерильно, индивидуальная упаковка;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №855/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) магистралей инфузионных не подогреваемых**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Магистрали инфузионные не подогреваемые | штука | 168 800 |

**2. Показатели (характеристики):**

2.1. Магистраль предназначена для длительного введения в организм человека лекарственных средств с заданной скоростью, в том числе иметь возможность использования с инфузионными насосами;

2.2. Конструкция иглы должна позволять подключать систему как к жестким емкостям, так и полимерным контейнерам;

2.3. Полимерная игла должна быть оборудована гидрофобной мембраной (фильтром);

2.4. Трубка магистрали и капельная камера должны быть прозрачными;

2.5. Наличие в капельной камере фильтра для растворов с размером ячейки не превышающей 50мкм;

2.6. Наличие роликового зажима или иного механизма, позволяющего регулировать скорость инфузии;

2.7. Материал насосного сегмента – силикон;

2.8. Наличие инъекционного узла для ввода дополнительных инъекций;

2.9. Наличие коннектора «Луер-Лок»;

2.10. Длина магистрали должна быть не менее 2 метров;

2.11. Магистраль должна быть стерильной и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.