Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аппарат ультразвуковой терапевтический	комплект	2
	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:		
1.1.	излучатели	шт.	не менее 2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечани
2.1.	Воздействие ультразвуковыми механическими колебаниями	Наличие	
2.1.1.	Тип исполнения: настольный	Наличие	
2.1.2.	Тип исполнения аппарата: двухчастотный	Наличие	
2.1.3.	Режим работы: импульсный и непрерывный	Наличие	
2.1.4.	Частота излучения, не ниже 0,88 МГц и не более 3 МГц	Наличие	
2.1.5.	Интенсивность излучения не менее 1 Вт/см^2 и не более 3 Вт/см^2	Наличие	
2.1.6.	Датчик контакта с излучателем	Наличие	
2.1.7.	Отображение заданных параметров на дисплее	Наличие	
2.1.8.	Таймер	Наличие	
2.1.9.	Звуковая сигнализации по окончания процедуры	Наличие	
2.2.	Эффективная площадь излучателя – от 10 до 40 мм^2	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам.