УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
_____ А.А. Ивашенкова
«__05__» ____11____ 2026 г.

Техническое задание
на закупку услуг по ремонту УЗИ аппарата

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по ремонту УЗИ аппарата

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.19.200 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)»

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки:13 000,00 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту УЗИ аппарата согласно Приложению 1	На основании эксплуатационной документации производителя оборудования необходимо восстановить работоспособность оборудования. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;
- в период гарантийного срока ее эксплуатации;
- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
- изъятой в собственность государства;
- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запчасти должны быть 100% совестимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.5.По окончанию выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.6. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Исполнителя.

Начальник отдела по ремонту
оборудования Е.В. Хромова

Юрисконсульт В.В. Гордеева

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту
УЗИ аппарата

Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Кол-во, шт.	Год выпуска	Заводской номер	Производитель
1	2	3	4	5	6	7
1	УЗИ аппарат	Sono Scape S40 Exp	1	2017	0508025171	SonoScape Medical Corp

ООО «К-спейс»
Ремонт, монтаж, наладка, сервисное обслуживание медицинского оборудования.
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 8П.
р/с BY18BPSB30123208000109330000,
в ОАО «Сбер банк»,
БИК BPSBBY2X, г. Минск, бульвар имени Мулявина,6.
УНП 191765720,
тел/факс 249-02-53, e-mail: k-space13@mail.ru

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ НЕИСПРАВНОГО ИМТ№512

«09» октября 2026 г.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница»

Аппарат: Система диагностическая ультразвуковая цветная цифровая S40Exp s/n 0508025171 2017г.в.

Обнаружены отклонения в работе ИМТ: Датчик 4-L742 s/n B235438471 2017г.в.- артефакты на изображении, выход из строя акустического модуля, залом многожильного кабеля;

Причина: Длительная эксплуатация и связанный с этим износ.

Вывод: Требуется ремонт с заменой акустического модуля и многожильного кабеля датчика 4-L742 s/n B235438471 2017г.в, системы диагностической ультразвуковой цветной цифровой S40Exp s/n 0508025171 2017г.в.

Директор _____ Г.В. Егоров