УТВЕРЖДАЮ:
Директор
торгового унитарного предприятия
«Табак»
_____ Сак Ю.И.
«___» _____ 2026г.

Технико-экономическое задание на закупку оборудования оборудования для стоматологического кабинета..

1. **Наименование предмета закупки**: комплекс оборудования для стоматологического кабинета.

1.1. **код ОК РБ 007-2012**: 26.60.12.800

2. **Количество товара –** 1 комплект

3. **Основные технические характеристики, параметры и комплектация:**

Комплекс оборудования для стоматологического кабинета A-dec, торговый знак A-dec 500 в комплекс входит:

Кресло стоматологическое, модель 511
- прошитая мягкая обивка, цвет серый;
- скользящий подголовник с двойной артикуляцией;
- ультратонкая (32 мм) гибкая спинка;
- двухпозиционные подлокотники с накладками;
- гидравлический привод с системой плавного старта и остановки;
- поворотное относительно основания на 60° (30 ° в стороны от центра);
- интегрированный блок питания на 300 Вт;
- грузоподъемность (масса пациента) – не менее 200 кг;
- диапазон высоты: нижняя точка – 343 мм, верхняя точка – 800 мм.

Система подачи стоматологическая (модуль врача-стоматолога) A-dec, модель 533 стоматологическая система подачи Traditional-Style:
- нижняя подача инструментов Traditional;
- 6 позиций для инструментов:
  1) автоклавируемый шприц вода/воздух/спрей с быстрым соединением,
  2) рукав силиконовый 6-разъемный (для инструмента с подсветкой),
  3) рукав силиконовый 6-разъемный (для инструмента с подсветкой),
  4) электрический бесколлекторный микромотор NLZ с функцией Эндо с рукавом,
  5) камера интраоральная Sopro 617 с контрольным модулем и рукавом,
  6) свободная пассивная позиция для дополнительного инструмента;
- контрольный блок для четырех инструментов;
- сбалансированный пантограф с легким позиционированием с автоматической пневмоблокировкой по высоте и двум осям;
- 2-хлитровая емкость автономного водоснабжения с системой быстрого соединения;
- мультивольтажный источник интрооральной подсветки с независимыми настройками до 4-х инструментов;
- сенсорная панель Deluxe Plus;
- стандартная дисковая педаль управления инструментами;
- держатель подноса для дополнительного инструмента;
- 2 крана с резьбой ½ дюйма для подключения коммуникаций;

- индивидуальная регулировка водяного охлаждения на каждый инструмент с идентификационной подсветкой активного инструмента;
- регулировка воздушного охлаждения;
- масляный коллектор отработанного воздуха;
- система промывки рукавов;
- 15' USB 2.0 кабель от головного модуля до кресла;
- возможность конфигурирования для врача, работающего левой / правой рукой.

Модуль ассистента врача, модель 551:
- крепление позади кресла с возможностью трансформации для работы справа или слева;
- стандартный мультифункциональный пульт управления;
- пульт спроектирован для использования в качестве рукоятки для легкого позиционирования кронштейна ассистента;
- максимальный вакуумный поток;
- пылеотсос диаметром 11 мм, слюноотсос;
- фильтр - коллектор твердых частиц у основания;
- удлиненный кронштейн с дополнительной вертикальной степенью свободы

Центр обеспечения (опорный блок) с плевательницей, модель 461:
- чаша плевательницы из керамического стекла;
- поворотный механизм ± 45;
- кронштейн крепления сзади для быстрого расположения слева / справа;
- программирование системы наполнения стакана и смыва чаши плевательницы;
- подача воды в стакан из системы автономного водоснабжения;

Светильник стоматологический A-dec, модель 572L Radius Mount:
- расположение поворотного кронштейна под креслом;
- яркие белые светодиоды с рабочим ресурсом 40,000 часов;
- три степени интенсивности освещения плюс режим освещения для светочувствительных материалов;
- три оси вращения: горизонтальная, вертикальная и диагональная;
- оптически сбалансированная светодиодная матрица обеспечивает однородное освещение и световое пятно со скошенными краями.

Крепление для монитора A-dec, модель 482 Light Post с удлинённым поворотным кронштейном;

Стул врача-стоматолога A-dec, модель 521
- прошитая мягкая обивка, цвет темно-серый;
- широкое устойчивое основание с пятью сдвоенными роликами с силиконовыми покрышками;
- сиденье анатомической формы
- каркас сиденья с переменной гибкостью Comfort-flex (средний слой) состоит из четырех функциональных зон, адаптирующихся к движениям врача;
- независимые регулировки высоты сиденья и спинки;
- независимые регулировки угла наклона сиденья и спинки

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Республике Беларусь санитарным правилам и нормам. Соответствовать стандартам электробезопасности (CE).

Поставщик вместе с товаром предоставляет Покупателю документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Наличие сервисного центра по ремонту и обслуживанию обязательно.

4. Условия поставки товара, место поставки, сроки поставки:

4.1. На условиях доставки на склад Заказчика по адресу: ул. Орджоникидзе, 18 230001, г. Гродно, Республика Беларусь;

4.2. Срок поставки: в течение 150 календарных дней от даты заключения контракта;

4.3. Периодичность: разовая поставка

4.4.Условия (Инкотермс 2010): DDP г. Гродно

5. Ориентировочная сумма закупки: 112 000 бел. руб. с НДС.

6. Порядок формирования цены: учетом стоимости доставки оборудования до склада Покупателя, его установки (монтажа), пуско-наладочных работ, приёмосдаточные испытания и обучения персонала покупателя

7. Планируемые условия оплаты: платёжным поручением в размере 100% стоимости по факту подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в течение не менее 5 банковских дней, предложения с авансовым платежом отклоняются.

8. Источник финансирования: собственные средства ТУП «Табак»

9. Критерии оценки предложений: цена - 80%, условия оплаты -10%, сроки поставки – 10%.

10. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: срок гарантии должен составлять не менее 5 лет.

11. Требование к сроку действия коммерческого предложения: Срок действия коммерческого предложения должен быть не менее 90 (девяноста) календарных дней. Предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено, как не отвечающее требованиям документации.

12. Дополнительные требования/условия:

13. Требования к участникам:

конкурсное предложение в оригинале с приложением необходимых документов;

документ, подтверждающий полномочия представителя участника, подписавшего предложение;

копии правоустанавливающих документов (копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов);

заявление о том, что предприятие не находится в стадии ликвидации или реорганизации, не признано банкротом;

заявление о том, что конкурсное предложение содержит достоверную информацию об участнике и о предмете закупки;

подробное описание предмета закупки (его технических и других характеристик и параметров);

документы, подтверждающие экономическое и финансовое положение участника (перечислить);

сведения о судебной истории участника с приложением соответствующих документов (при их наличии) за последние три года;

согласие участника с условиями прилагаемого проекта договора. В случае несогласия с отдельными пунктами проекта договора участник вправе изложить их в своей редакции, представив протокол разногласий к договору вместе с остальными

документами. При непринятии заказчиком условий протокола разногласий, считается, что участник не выполнил условие настоящего пункта и его предложение отклоняется как несоответствующее конкурсной документации.

14. Ответственный исполнитель: должность, тел.: Заведующий филиалом торгового унитарного предприятия «Табак» «Медицинский центр» Кухлей Н.С
Тел. +375298887409

Ответственный исполнитель _____ Кухлей Н.С

Врач стоматолог _____ Малиновская О.О.

Согласовано:

Начальник ОМТС _____ Черняк С.А.

Главный бухгалтер _____ Дептула И.В.

Начальник юридического отдела _____ Манцевич Д.Г.