ЛОТ 2

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1. Угловой наконечник	Штуки	1
	2.Наконечник мотора	Штуки	1
	3.Зарядная база	Штуки	1
	4.Сетевой адаптер	Штуки	1
	5.Клипса для файла	Штуки	4
	6.Загубник	Штуки	2
	7.Измерительный зонд	Штуки	2
	8.Измерительный Кабель	Штуки	1

2. Технические требования

2.1. Бесщеточный двигатель;

2.2. Электропитание осуществляется от аккумулятора 6В,47-63Гц;

2.3. Скорость вращения 100-800 об/мин;

2.4. Вращение наконечника на 360° .

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части _____

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд. _____