ЛОТ 3

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1. Блок управления	Штуки	1
	2. Пульт управления	Штуки	1
	3. Моторный наконечник	Штуки	1
	4. Кабель длина от1,2 до 1,8м	Штуки	1
	5. Блок ножного управления	Штуки	1
	6.Подставка для наконечника	Штуки	1

2. Технические требования

2.1. Механическая отдаваемая мощность наконечника от -30-160Вт;

2.2. Число оборотов 1000-100 000об/мин;

2.3. Потребляемая мощность- 200Вт;

2.4. Бесщеточный мотор;

2.5.Правое/левое вращение;

2.6.Частота 50-60Гц;

2.7. Крутящийся момент от 5,5Нсм.

2.8.Гарантийный срок обслуживания не менее 12мес.

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд.