Лот 1

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1. Фильтр- мешок	Штуки	3
	2. Шланг	Штуки	3
	3. Кабель электропитания	Штуки	3
	4.Штуцер для подключения шланга	Штуки	3

2. Технические требования

2.1. Электропитание-220В 50Гц 3А;

2.2. Объем фильтра мешка от 7л;

2.3. Мощность (потребляемая двигателем)-600Вт;

2.4. Мощность всасывания-160Вт;

2.5. Длина шланга, не менее (ШГВ.0) 1,5м;

2.6. Диаметр подсоединяемого шланга-45мм;

2.7. Гарантийный срок обслуживания не менее 12мес.

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд.