ЛОТ 2

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1.Электрошпатель с 2-мя ручками	Штуки	7
	2. Ручка 6,2	Штуки	7
	3. Ручка 7,2	Штуки	7
	4.Ручка 8,2	Штуки	7
	5. Подставка для пульта	Штуки	7
	6.Держатели ручек	Штуки	14

2. Технические требования

2.1. Диапозон температур от 40 до 200° С;

2.2. Индикация: цифровая;

2.3. Длина кабеля, не менее 1,0м;

2.4. Электропитание: 12В 2А;

2.5. Электропитание (сетевой блок питания) 100-240В, 50/60Гц;

2.6. Гарантийный срок обслуживания не менее 12мес.

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд.

