ЛОТ 3

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Единицы измерения	Количество
	1.Шлифмотор по типу AX-J4 (либо аналог) с полировальным боксом	Штуки	3
	2. Защитные экраны	Штуки	6
	3. Лотки для сбора отходов	Штуки	6
	4. «Потолочные» светильники в боксах (освещение рабочей зоны).	Штуки	6

2. Технические требования

2.1. Электропитание (без внешней вытяжки) -220/230 В 50ГЦ 2,5А;

2.2. Электропитание (внешняя вытяжка) -220/230 В 50ГЦ 5А;

2.3. Мощность (двигателя): 180Вт;

2.4. Скорость вращения: 500….6000об/мин;

2.5. Режим работы: продолжительный;

2.6. Габаритные размеры (Ш*Г*В), не более (с лотком):

-685*305/330*325мм;

Разработчики технических требований:

Мошко А.А. зам. главврача по мед.части _____

Линцевич С.К. зав. стоматологическим отд. _____