БелМТ №951/26

лот 1 Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ультранизкотемпературный морозильник	шт.	7

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1 Тип морозильника - вертикальный;
2.2 Обеспечение поддержания температуры в рабочей камере минус 70 градусов по Цельсию;
2.3 Полезный объем камеры 80 – 130 л;
2.4 Наличие системы контроля и поддержания температуры;
2.5 Наличие аварийной звуковой и световой сигнализации об отклонении от заданного температурного режима;
2.6 Наличие дисплея, отображающего значение заданной и текущей температуры;
2.7 Наличие автономного источника питания (аккумулятора) для системы сигнализации в случае отключения электроснабжения.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам организатора.