Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Штанга без покрытия диаметром 6 мм, длина 130 мм	2
2.	Штанга без покрытия диаметром 6 мм, длина 150 мм	2
3.	Штанга без покрытия диаметром 6 мм, длина 160 мм	2
4.	Штанга без покрытия диаметром 6 мм, длина 170 мм	2
5.	Винт моноаксиальный без покрытия(Ø 5,0 мм L=55 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
6.	Винт моноаксиальный без покрытия(Ø 5,5 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
7.	Винт моноаксиальный без покрытия(Ø 6,0 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
8.	Винт моноаксиальный без покрытия(Ø 6,0 мм L=55 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
9.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 5,0 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
10.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 5,0 мм L=55 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
11.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 5,5 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	4
12.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 6,0 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	6
13.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 6,0 мм L=55 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	5
14.	Крючок для узла перемычки без покрытия для штанги 6,0 мм	4
15.	Перемычка для узла перемычки, сечение квадратное 3х3 мм, без покрытия, длина 70 мм	2
16.	Винт моноаксиальный без покрытия(Ø 5,0 мм L=45 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	2
17.	Винт полиаксиальный без покрытия(Ø 5,5 мм L=55 мм), для штанги диаметром 6 мм, гайка под ключ 3,5 мм	2
18.	Шило шейное № 2, (L=210 мм)	2

2. Технические требования

2.1. Предназначены для задней стабилизации позвоночника;

2.2. Материал имплантата – биосовместимый титановый сплав, позволяющий выполнять МРТ-исследование в послеоперационном периоде;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): нет.

Разработчики технических требований:

1. Горенок Д.И. врач-торакальный хирург (заведующий) операционного блока _____ подпись