Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№№ п/п	Наименование	Кол- во
1.	Одноразовый катетер для эмболэктомии типа Фогарти 4F, длина 70-80 см	10 шт.
2.	Одноразовый катетер для эмболэктомии типа Фогарти 5F, длина 70-80 см	10 шт.

2. Технические требования

2.1. Катетер однопросветный;

2.2. Материал катетера рентгенконтрастный;

2.3. Дистальный конец катетера атравматичный

2.4. Наличие разметки по длине катетера с шагом 5-10 см

2.5. Наличие маркировки размера (диаметра) на проксимальном конце катетера

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев.

Разработчики технических требований:

1. Горенок Д.И. — врач-торакальный хирург (заведующий) операционного блока — подпись

2. Зозуля П.И — врач-торакальный хирург туберкулезного хирургического отделения — подпись

3. Гусак И.С. — врач-торакальный хирург туберкулезного хирургического отделения — подпись