Приложение №1

Технические характеристики (описание)
Реагенты и контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора BC-5150, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ

1. Состав (комплектация) ИМН

	Наименование	Количество
1.	Дилюент M-52D или аналог (не менее 20 л)	1400 л
2.	Реагент лизирующий M-52DIFF или аналог (не менее 4 фл. объемом не менее 500 мл)	52 л
3.	Реагент лизирующий M-52LH или аналог (не менее 4 фл. объемом не менее 100 мл)	10.4 л
4.	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог (не менее 50 мл)	1,5 л
5.	Контрольный материал BC-5D Hematology Control или аналог В упаковке должно быть не менее 6 флаконов объемом не менее 3 мл.	144 мл

2.*Технические требования:*
2.1. Реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены и совместимы для работы на автоматических гематологических анализаторах BC-5150, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ, что должно быть подтверждено документами производителя.

3. *Требования предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):* согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.