Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	шт.	1
2.	Двухступенчатая система фильтрации воды	комплект	1
3.	Система предварительной подготовки воды	комплект	1
4.	Система обеззараживания входящей воды	комплект	1
5.	Комплект расходного материала для обработки эндоскопов в моечной машине для проведения ввода в эксплуатацию оборудования. В состав комплекта включаются дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры дезинфктанта, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и другие расходные материалы из расчета не менее чем на 30 циклов обработки с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины (в т.ч. для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины).	комплект	1
6.	Комплект расходных материалов для системы предварительной подготовки воды для проведения ввода в эксплуатацию оборудования. В состав комплекта системы предварительной подготовки воды включаются расходные материалы из расчета не менее чем на 30 циклов обработки.	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов всех типов (гастро/ колоно/ бронхо) различных производителей. в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape Medical Corp.	наличие	
2.2.	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов	наличие	
2.3.	Количество обрабатываемых гибких эндоскопов одновременно не менее 2-х	наличие	
2.4.	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта	наличие	
2.5.	Программирование временных параметров циклов обработки	наличие	
2.6.	Функция тестирования на герметичность с продувкой всех каналов воздухом	наличие	
2.7.	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой	наличие	
2.8.	Работа при температуре воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева	наличие	
2.9.	Технология принудительной очистки эндоскопов	наличие	
2.10.	Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации	наличие	
2.11.	Набор коннекторов и переходников для подключения и	наличие	

	обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape Medical Corp.		
2.12.	Возможность использования различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов ведущих мировых производителей Olympus, Fujifilm, Pentax, Sonoscape Medical Corp.	наличие	
2.13.	Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата	наличие	
2.14.	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду моечной комнаты, при открывании цикл обработки останавливается	наличие	
2.15.	Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру	наличие	
2.16.	Резервуар для спирта	наличие	
2.17.	Принтер для распечатки каждого цикла обработки эндоскопов	наличие	
2.18.	Требование по электропитанию, входное напряжение однофазное 220В	наличие	
2.19.	Потребляемая мощность не более 1,3 кВт	наличие	
2.2.	Двухступенчатая система фильтрации воды с внешним фильтром воды с порами не более 1 мкм для удаления механических примесей из проточной воды и встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0,2 мкм для снижения уровня пирогенности проточной воды, с индикацией степени засорения системы фильтрации и клапаном для сброса давления воды в системе фильтрации при замене фильтра.	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам.