МТ №963/26

Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) воздуховодов ротоглоточных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Воздуховод ротоглоточный	3	штука	3 000
1.2	Воздуховод ротоглоточный	4	штука	3 000
1.3	Воздуховод ротоглоточный	5	штука	3 000
		Итого по лоту 1	**штука**	**9 000**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Воздуховод должен состоять из изогнутой ротоглоточной части, ограничительной пластинки, которая препятствует прохождению воздуховода в рот, и укрепленного участка, предохраняющего воздуховод от закусывания;

2.2. Наличие цветной маркировки для быстрого определения размера;

2.3. Закругленный атравматичный дистальный конец;

2.4. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам.