Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аудиометр импедансный	шт	1
1.2	Диагностический зонд	шт	1
1.3	Набор ушных вкладышей разного диаметра (взрослые /детские)	шт	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

N п/п	Основные требования	Показатели
2.1	Технические характеристики	
2.1.1	Процесс исследования должен быть автоматизирован с момента установки зонда в ушной канал до получения результатов	Наличие
2.1.2.	Частота зондирующего тона, не менее	226 Гц
2.1.3	Диапазон изменения давления, не менее	от -400 до +200 даПа
2.1.4	Диапазон измеряемых значений эквивалентного объёма, не менее	от 0,1 до 5,0 мл
2.1.5.	Возможность проведения акустической рефлексометрии	Наличие
2.1.6	Частоты тестового сигнала при ипсилатеральной стимуляции, не менее	от 500 до 4000 Гц
2.2.	Возможность подключения к персональному компьютеру	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее 85 %

Знаком * обозначаются пункты требования технического задания,

определяющие уровень диагностических возможностей, класс системы и потребности учреждения.

3.2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев