ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 22.09.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеоколоноскопа OLYMPUS CF-H170L 2025517

Обследованием установлено:
Скол колпачка дистальной головки. Просела оплетка.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Колпачок дистальной головки	1
2	Оболочка изгибаемой части	1
3	Оплетка изгибаемой части	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.