ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 22.09.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа FUJINON EG-580NW2 5G390K016

Обследованием установлено:
Залом биопсийного канала.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Биопсийный канал	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 13.10.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа FUJINON EG-530FP 3G375A843

Обследованием установлено:
Негерметична оболочка изгибаемой части. Износ колпочка дистальной головки и биопсийного канала. Порван ремешок.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Колпачок дистальной головки	1
2	Оболочка изгибаемой части	1
3	Ремешок коннектора	1
4	Биопсийный канал	1
5	Трубка подачи воды/воздуха	2

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.