ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 13.10.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа OLYMPUS GIF-H190 2855152

Обследованием установлено:
Негерметичен биопсийный канал. Просела оплетка изгибаемой части.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Биопсийный канал	1
3	Оплетка изгибаемой части	1
4	Трубка подачи воды/воздуха	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск 20.10.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА
УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстрамед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа OLYMPUS GIF-H170 2931077

Обследованием установлено:
Обрыв боудена. Износ тяг изгибаемой части. Просела оплетка. Износ биопсийного канала.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

№	Наименование запасной части	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части	1
2	Биопсийный канал	1
3	Тяга изгиба	4
4	Оплетка изгибаемой части	1
5	Боуден в сборе	1
6	Трубка подачи воды/воздуха	1

Представитель

ООО "Экстрамед"

Гарбар В. В.