Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	*Состав (комплектация) оборудования*	*Коли-чество*
ЛОТ №1 Стент пищеводный	Стент пищеводные с системой доставки	10 штук
ЛОТ №2 Стент трахеальный	Стент трахеальный с системой доставки	5 штук
	Стент трахеальный с системой доставки	5 штук

2.Технические требования:

ЛОТ №1 Стент пищеводный
2.1.Стент нетиноловый, диаметр 20-21 мм, длина 100-110мм. 2.2.Стент должен иметь расширение на обоих концах (манжета) 2. 3.Стент должен иметь полное покрытие и рентгеноконтрастный (рентгеноконтарстные метки) и с возможностью репозиционирования. 2.4. Доставочное устройство диаметром 20 - 24 Fr, длиной 600-800 мм.
ЛОТ №2 Стент трахеальный
2.1.1Стент нетиноловый, диаметр 20-21 мм, длина 30-35мм. 2.1.2Стент нетиноловый, диаметр 20-21 мм, длина 50-55мм. 2. 2.Стент должен иметь полное покрытие и рентгеноконтрастный (рентгеноконтарстные метки) 2.3. Доставочное устройство диаметром 18 - 24 Fr, длиной 600-800 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.