БелМТ №930/26

.Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) одного комплекта оборудования:
Ультрафиолетовый бокс для стерильных работ (ПЦР-бокс).

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Ультрафиолетовый бокс для стерильных работ (ПЦР-бокс)	шт.	1
1.2	Стол для бокса	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примеча-ние
Ультрафиолетовый бокс для стерильных работ (ПЦР-бокс)			
2.1	Габаритные размеры бокса (длина х глубина)	1000-1250мм х 600-710 мм	
2.2	Передняя и боковые поверхности бокса выполнены из стекла с покрытием, непрозрачным для УФ-излучения	Наличие	
2.3	Встроенная лампа дневного света для освещения рабочего места	Наличие	
2.4	Встроенные УФ-лампа и УФ-рециркулятор воздуха	Наличие	
2.5	Встроенный держатель пипеток	Наличие	
2.6	Встроенные розетки, не менее	2 шт.	
2.7	Внутреннее покрытие бокса устойчивое к действию дезинфекционных средств	Наличие	
Стол для бокса			
2.8	Должен выдерживать нагрузку не менее массы ПЦР-бокса	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов.