Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

Офтальмологический расходный материал

(наименование предмета государственной закупки)

1.Состав (комплектация) оборудования

№	*Номер и наименование ЛОТа*	*Ед. изм.*	*Количество*
~~1~~	~~Кассеты для проведения катарактальной хирургии~~	~~шт.~~	~~120~~
2	Набор для проведения факоэмульсификации катаракты	шт.	120
~~3~~	~~Набор для проведения комбинированных процедур~~	~~шт.~~	~~120~~
4	Набор для проведения комбинированных процедур	шт.	120
~~5~~	~~Лазерный зонд~~	~~шт.~~	~~18~~
6	Лазерный зонд	шт.	18
7	Зонд передней витректомии	шт.	12
8	Рукоятка для пассивной и активной аспирации	шт.	2
~~9~~	~~Ручка ультразвуковая~~	~~шт.~~	~~1~~
10	Ручка ультразвуковая	шт.	1
11	Масло силиконовое	шт.	30
12	Пинцет микрохирургический для витреоретинальной хирургии	шт.	6
13	Зонд биполярный для эндодиатермии	шт.	6
~~14~~	~~Раствор для окраски интраокулярных мембран~~	~~шт.~~	~~24~~
15	Раствор для визуализации капсулы хрусталика	шт.	150
16	Ирис-ретрактор	шт.	60
17	Кольцо полимерное внутрикапсульное (№ 2 – 200шт., № 3 – 200шт.)	шт.	400
18	Картридж для имплантации интраокулярной линзы	шт.	150
~~19~~	~~Раствор ирригационный~~	~~шт.~~	~~300~~
20	Микротупфер	шт.	300

2.Технические требования:

~~Лот №1:~~

1. Centurion Active FMS, 0,9мм, Intrepid Ultra, Balance ABS30°, наконечник Balanced или аналог;
2. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США)).

Лот № 2:

Набор для проведения факоэмульсификации катаракты
1. состав не менее:
-кассета со встроенной инфузионной линией, аспирационной линией;
-стерильные чехлы для экрана, выдвижного подноса и пульта управления;
-ирригационный патрубок (рукав);
-тестовая камера;

-ключ для игл;
-наконечник (игла).
2. диаметр иглы (наконечника для факоэмульсификации) 2,2-2,4 мм;
3. игла прямая;
4. для системы офтальмологической хирургической комбинированной системы Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorrporated США)

~~Лот № 3:~~
1. 25+Ga;
2. частота реза не менее 7500 в минуту;
3. с клапаном;
4. совместимый с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision Sistem (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 4:
1. калибр комплекта 25 Gauge;
2. стерильный;
3. с принудительной инфузией;
4. нож-витреотом с частотой не менее 7 500 cpm
5. для системы офтальмологической хирургической комбинированной системой Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorporated, США).

~~Лот № 5:~~
1. прямой
2. стерильный
3. калибр 25Ga

Лот № 6:
1. направляемый (наличие возможности регулировки угла направления оптического волокна лазерного зонда)
2. стерильный
3. калибр 25Ga
4. совместимый с офтальмологической хирургической комбинированной системой Stellaris Elite с интегрированным эндолазером (производства Bausch&Lomb Incorporated, США)

Лот № 7:
1. 23 Ga
2. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 8:
1.типа Backflush для пассивной и активной аспирации калибром 25Ga с мягким наконечником;
2. для работы с тканями, кровоизлияниями, кровотечениями.
3.возможность контроля хирургом аспирации и рефлюкса
4. одноразовая в индивидуальной стерильной упаковке

~~Лот № 9:~~
1. Ozil или аналог

2. совместимый с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision Sistem (производства Alcon Laboratories Inc (США))

Лот № 10:
1.рукоятка с ультразвуковыми торсионными и продольными колебаниями наконечника совместимая с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System
2.поддержка подрежимов: фиксированный, импульсный, вспышка
3. частота ультразвуковой рукоятки при торсионных колебаниях, не менее 30 кГц
4. скорость наконечника, не менее, 9 м/с

Лот № 11:
1. Состав: масло силиконовое высокоочищенное
2. Объём не менее 8,5мл.
3. В шприце
4. Вязкость 1000-1500мПс

Лот № 12:
1. 25Ga+;
2. Grieshaber Revolution DSP ILM Forceps или аналог

Лот № 13:
1.зонд биполярный для эндодиатермии калибром 25Ga
2.применение - для лечения разрывов сетчатки, для остановки кровотечения и выборочной коагуляции тканей.
3.дизайн наконечника – заострённый под углом 30 градусов
4.совместимость с биполярными кабелями с разъёмами стандарта 2 pin
5.одноразовый в индивидуальной стерильной упаковке

~~Лот № 14:~~
1. назначение: для окрашивания внутренней пограничной мембраны, эпиретинальной мембраны, пролиферативной витреоретинопатии в витреретинальной хирургии;
2. в шприце;
3. ориентировочный объем: не менее 0,5мл.

Лот № 15:
1. Состав: офтальмологический высокоочищенный раствор трипанового синего 0,05% в сбалансированном фосфатном буфере,
2. Стерильный,
3. Ориентировочный объём флакона не менее 3,0мл.

Лот № 16:
1. из 4-х крючков;
2. стерильный;
3. полимерный;
4. общая длина: не менее 50мм
5.для интраоперационного расширения зрачка

Лот № 17:
1. полимерное, стерильное;
2. для расправления хрусталиковой сумки и натяжения его капсулы.

Лот № 18:
1. картриджи должны подходить к инжектору типа Monarch
2. для разреза 2,6-3,2мм;
3. однократного применения.

~~Лот № 19:~~
1. интраокулярный
2. стерильный;
3. объем 500мл, фасовка – пакет;
4. для системы офтальмологической хирургической Centurion Vision System (производства Alcon Laboratories Inc (США)).

Лот № 20:
1.атравматические, ромбовидные;
2. одноразового применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. [8]

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:
~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~
4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.