Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Рабочее место врача-оториноларинголога	комплект	2
	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:		
1.1.	Основной модуль ЛОР-установки	шт.	1
1.2.	Жесткий эндоскоп для исследования уха	шт.	1
1.3.	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 0°)	шт.	1
1.4.	Жесткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 30°)	шт.	1
1.5.	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора - 90°)	шт.	1
1.6.	Массажер барабанных перепонок	шт.	1
1.7.	Беспроводной налобный осветитель	шт.	1
1.8.	Кресло пациента	шт.	1
1.9.	Стул врача со спинкой	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Основной модуль должен включать:		
2.1.1.	возможность перемещения	наличие	
2.1.2.	выдвижные ящики не менее 2 ед.	наличие	
2.1.3.	Отсек мусоросборника 1 ед.	наличие	
2.1.4.	Лоток для инструментов, не менее 2 ед.	наличие	
2.1.5.	Отсек для инструментов, закрываемый прозрачной крышкой, предназначенный для размещения инструментов, медикаментов, оборудования и прочего 1 ед.	наличие	
2.1.6.	Подогреватель оториноларингологических зеркал и инструментов, встроенный	наличие	
2.1.7.	Влагозащитная панель управления	наличие	
2.1.8.	Устройство для промывания ушей с ушной воронкой и защитным щитком от брызг, с автоматическим подогревом до 37-38°С	наличие	
2.1.8.1	Ушные воронки к устройству для промывания ушей не менее 10 ед.	наличие	
2.1.9.	Гнезда либо емкости для дезинфекции жесткой оптики не менее не менее 3 ед.	наличие	
2.1.10.	Гнезда либо емкости для дезинфекции гибкой оптики не менее 1 ед.	наличие	
2.1.11.	Блок аспирации с возможностью регулировки, с манометром, производительность не менее 50 л/мин	наличие	
2.1.12.	Комплект наконечников для аспиратора, не менее 20 штук	наличие	
2.1.13.	Емкость-сборник секреций с предохранителем от переполнения не менее 2,5 литров	наличие	

2.1.14.	Встроенный компрессор для подачи воздуха с регулировкой давления, не менее 0 - 2 Бар	наличие	
2.1.15.	Комплект олив Политцера для продувания слуховых труб не менее 3 шт. в комплекте, не менее 2-х комплектов	наличие	
2.1.16.	Распылители медикаментов в растворе, не менее 2 ед.	наличие	
2.1.17.	Распылители медикаментов в порошке, не менее 1 ед.	наличие	
2.1.18.	Возможность одновременно подключить 2 распылителя	наличие	
2.1.19.	Игла для прочистки распылителя	наличие	
2.1.20.	Портативный источник света LED: рукоятка-фонарик LED для использования с жесткими и гибкими эндоскопами независимо от основного модуля ЛОР-установки	наличие	
2.1.20.1.	Аккумуляторная батарея с емкостью не менее 3-х часов беспрерывной работы не менее 2 ед.	наличие	
2.1.20.2.	Зарядное устройства	наличие	
2.2.	Видеосистема для эндоскопии должна иметь:		
2.2.1.	Встроенный источник холодного света LED яркостью не менее 150000 Люкс со световодом	наличие	
2.2.2.	Видеокамера цифровая, 1/3 CCD, с возможностью фиксации изображения и записи видео, разрешение не менее 520р, 410000 пикселей	наличие	
2.2.3.	Кронштейн для видеокамеры	наличие	
2.2.4.	USB-порт для записи фото и видео не менее 1 ед.	наличие	
2.2.5.	Возможность подключения видеосистемы к ПК и принтеру и программное обеспечение	наличие	
2.2.6.	ЖКИ-монитор не менее 19 дюймов	наличие	
2.3.	Жесткий эндоскоп для исследования уха:		
2.3.1.	Диаметр - не более 3 мм.	наличие	
2.3.2.	Рабочая длина - не более 100 мм.	наличие	
2.3.3.	Направление угла обзора - не более 0°	наличие	
2.4.	Жесткий эндоскоп для исследования носа:		
2.4.1.	Диаметр - не более 4 мм.	наличие	
2.4.2.	Рабочая длина - не менее 175 мм.	наличие	
2.4.3.	Направление угла обзора – не более 0°	наличие	
2.4.4.	направление угла обзора - 30°	наличие	
2.5.	Жесткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора - 90°):		
2.5.1.	Диапазон диаметр от 4 мм до 10 мм.	наличие	
2.5.2.	Рабочая длина, не менее 175 мм.	наличие	
2.5.3.	Направление угла обзора - 90°	наличие	
2.6.	Массажер барабанных перепонок:		
2.6.1.	Работа от пневматического компрессора или от внешней сети	наличие	
2.6.2.	Таймер не менее 1-30 минут	наличие	
2.6.3.	Регулировка частоты стимуляции	наличие	
2.6.4.	Комплект многоразовых ушных вкладышей либо наушники	наличие	
2.7.	Беспроводной налобный осветитель:		
2.7.1.	Должен быть светодиодный яркостью диапазоном не менее 10000-20000 Люкс, холодного света	наличие	
2.7.2.	Регулируемое оголовье в виде шлема	наличие	
2.7.3.	Аккумуляторная батарея емкостью не менее 3 часов беспрерывной работы	наличие	
2.7.4.	Зарядное устройство	наличие	
2.7.5.	Возможность регулировки святого пятна	наличие	
2.8.	Кресло пациента:		
2.8.1.	Автоматический подъемник сидения	наличие	
2.8.2.	Автоматическое откидывание спинки до горизонтального положения совместно с подножкой	наличие	
2.8.3.	Вращение на 360°	наличие	
2.8.4.	Подлокотники	наличие	

2.8.5.	Регулируемый подголовник	наличие	
2.9.	Стул врача со спинкой:		
2.9.1.	Возможность перемещения	наличие	
2.9.2.	Регулировки высота сидения	наличие	
2.9.3.	Регулировка спинки	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам.