Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Электрохирургический блок в комплекте:	шт.	1
1.1.	двухклавишный педальный переключатель, с длиной кабеля не менее 4 м.	шт.	1
1.2.	нейтральный электрод многоразовый	шт.	2
1.3.	держатель нейтрального электрода, с длиной кабеля не менее 4 м.	шт.	1
1.4.	кабель монополярный (для эндоскопических инструментов) с длиной кабеля не менее 3 м.	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Электрохирургический блок		
2.1.1.	Режимы: монополярная, биполярная коагуляция	Наличие	
2.1.2.	Цветной сенсорный экран	Наличие	
2.1.3.	Система обнаружения и идентификации подключенного инструмента	Наличие	
2.1.4.	Система контроля за качеством контактна нейтрального электрода с кожными покровами	Наличие	
2.1.5.	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме резания, не менее 350 Вт	Наличие	
2.1.6.	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), в режиме коагуляции не менее 300 Вт	Наличие	
2.1.7.	Выходная ВЧ-мощность (при номинальной нагрузке 300 Ом), не менее 150 Вт	Наличие	
2.1.8.	Наличие специализированных эндоскопических режимов для петлевых, игольчатых электродов и папилотомов	Наличие	
2.1.9.	Частота работы аппарата с наибольшей энергией не менее 350 Гц	Наличие	
2.1.10.	Класс аппарата по защите от поражения электрическим током не хуже типа «I» или «II» класс «CF»	Наличие	
2.1.11.	Система самотестирования и блокировки неправильных действий пользователя	Наличие	
2.1.12.	Система защиты для оценки параметры входного напряжения	Наличие	

2.1.13.	Функция автоматического регулирования рабочих параметров на основе измерений, в режиме реального времени	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.