Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 30×30×10 мм	Шт.	640
2	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 50×30×10 мм	Шт.	640
3	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 80×50×10 мм	Шт.	565

2. Технические требования:

2.1. наличие индивидуальной, стерильной упаковки;
2.2. нейтральный pH;
2.3. губка должна быть не токсична, не вызывать аллергических реакций;
2.4. возможность использовать сухой или пропитывать стерильным физиологическим раствором или антибиотиком;
2.5. полностью абсорбирующаяся при оставлении в области поражения в течение нескольких недель;
2.6 возможность использоваться в различных областях хирургии;
2.7 допускается отклонение размерного показателя на ±5 мм;
2.8 наличие гемостатического эффекта.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 20×60×7 мм	Шт.	540
2	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 75×50×10 мм	Шт.	806
3	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 125×80×10 мм	Шт.	300

2. Технические требования:

2.1. наличие индивидуальной, стерильной упаковки;
2.2. нейтральный pH;
2.3. губка должна быть не токсична, не вызывать аллергических реакций;
2.4. возможность использовать сухой или пропитывать стерильным физиологическим раствором или антибиотиком;
2.5. полностью абсорбирующаяся при оставлении в области поражения в течение нескольких недель;
2.6 возможность использоваться в различных областях хирургии;
2.7 допускается отклонение размерного показателя на ±5 мм
2.8 наличие гемостатического эффекта.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Лот 4

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Губка гемостатическая желатиновая рассасывающаяся 10×10×10 мм	Шт.	420

2. **Технические требования:**

2.1. наличие индивидуальной, стерильной упаковки по 10 шт;
2.2. нейтральный pH;
2.3. губка должна быть не токсична, не вызывать аллергических реакций;
2.4. возможность использовать сухой или пропитывать стерильным физиологическим раствором или антибиотиком;
2.5. полностью абсорбирующаяся при оставлении в области поражения в течение нескольких недель;
2.6 возможность использоваться в различных областях хирургии;
2.7 наличие гемостатического эффекта.

3. **Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты**

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Лот 7

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Губка гемостатическая коллагеновая 90×90×8 мм	Шт.	388

2. **Технические требования:**

2.1. наличие индивидуальной, стерильной упаковки;
2.2. оказывает гемостатическое и противомикробное действие, стимулирует регенерацию тканей;
2.3. полностью абсорбирующаяся при оставлении в области поражения в течение нескольких недель;
2.4 возможность использоваться в различных областях хирургии, травматологии;
2.5 допускается отклонение размерного показателя: по толщине на ±2 мм, по длине и ширине на ±7мм;

3. **Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты**

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии И.В.Сабалевский