БелМТ №956/26

Приложение №1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
Консоль медицинская настенная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество
1.1.	Консоль медицинская настенная	шт.	1
1.1.1.	Газовые розетки кислорода	шт.	3
1.1.2.	Розетки электропитания 230 В.	шт.	4
1.1.3.	Тип информационных разъемов RJ45	шт.	1
1.1.4.	Увлажнитель кислорода	шт.	3
1.1.5.	Крепежный рельс	шт.	1
1.1.6.	Светильник встроенный рассеянного общего освещения, прямое управление / удаленное управление	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые показатели (характеристики)	Примечание
2.1	Материал	металл
2.2	Длина рабочей секции	100-150 см
2.3	Пропускная способность пневматического клапана	40 л/мин
2.4	Давление рабочих газов - O_2	0,5 ± 0,05 Мпа
2.5	Класс защиты не ниже IP 44	в наличии
2.6	Защитное заземление	в наличии
2.7	Рабочее заземление	в наличии

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.