БелМТ №957/26

Приложение №1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

**Ультразвуковая моющая установка**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Ультразвуковая моющая установка | Шт. | 1 |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

| № п/п | Требуемые показатели (характеристики) | Примечание |
|---|---|---|
| 2.1 | Полный цикл комбинированной очистки путем обработки инструментов и принадлежностей водой, сжатым воздухом, чистящими средствами и воздействием ультразвуком | наличие |
| 2.2 | Частота ультразвуковых колебаний | до 35 кГц |
| 2.3 | Габаритные размеры | 1800±5/605±5/900±5 мм |

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.