Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Периметр компьютерный.	Шт.	1
2.	Блок питания.	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

№ п/п	**Наименование**	**Базовые параметры**
2.1	Специальные функции	учет предыдущих измерений
2.2	Фиксация	По Heijl-Krakau, встроенная видеокамера
2.3	Параметры стимула	I, II, III, IV, V по Гольдман
2.4	Диапазон яркости стимула	0,1–3180 Кд/м² (10 000 асб)
2.5	Цвет пятна стимуляции	Зеленый, синий, красный, белый
2.6	Статическая периметрия	наличие
2.7	Кинетическая периметрия	наличие
2.8	Пороговая периметрия	Наличие
2.9	Скрининговая периметрия	наличие
3.0	Радиус шара периметра	300 мм
3.1	Измеряемые параметры	центральное поле зрения, глаукома, макула, водительский тест, периферическое поле зрения,

		полное поле зрения,

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.