УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ "НЦРБ"
_____ Шеломова И.Г.
«06» 11 2026 г.

Техническое задание
Ремонт лабораторного оборудования

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: ремонт лабораторного оборудования.

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.11.100 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей (кроме оборудования для контроля производственных процессов)».

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 360,00 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту лабораторного оборудования, приложение № 1	Согласно технической эксплуатационной документации производителя. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;
- в период гарантийного срока ее эксплуатации;
- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
- изъятой в собственность государства;
- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.5.По окончанию выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.6. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом га-

рантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Заказчика.

Начальник отдела по ремонту оборудования Е.В. Хромова

Инженер по метрологии Т.З. Ляхнович

Юрисконсульт В.В. Гордеева

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту
анализатора

Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка / год выпуска	Кол-во, шт.	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Анализатор	Gem Primier 3000/ 2019 года выпуска	1	32616	Производитель - Instrumentation Laboratory Co.
					Акты дефектные

УЗ «Новополоцкая центральная городская больница»

АКТ № 1021

о выявленных дефектах

от «05» 11 2026г.

УЗ "Новополоцкая ЦГБ" (Гор.бол.; УДП)

(наименование учреждения)

тип, марка Анализатор GemPrimier 3000

зав. № 32616 год выпуска 2019

имеет следующие дефекты: Неисправен CD-привод для снятия лог-файлов.

Заключение: Необходима замена CD-привода.

Инженер по ремонту
Лапик А.В.
«05» 11 2026 г.

Работу принял
Кроткова Е.В. (подпись)
«05» 11 2026 г.