ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двухкупольный потолочный операционный светильник

1. Состав оборудования (из расчета на 1 комплект)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Двухкупольный потолочный операционный светильник с бестеневым освещением более 160.000 люкс	1 шт.
1.2.	Крепление: - потолочный кронштейн для крепления к потолку; - два плечевых (несущих) рычага; - два шарнирных рычага с регулировкой по высоте.	1 компл.
1.3.	Блок излучения света (рефлекторы встроенные)	3 шт. (на каждый купол)
1.4.	Съемная стерилизуемая рукоятка	4шт.

2. Технические требования

2.1.	Источники света –светодиоды со сроком службы не менее 50 000 часов. Блоки излучения света должен быть оснащены функцией изменения интенсивности освещения в диапазоне не менее 25-100%.
2.2.	Максимальная освещенность на расстоянии 1м от купола – не менее 160 000 Люкс. Индекс цветопередачи Ra не менее 96. Цветовая температура, в диапазоне не менее: 4000 - 5000 К.
2.3.	Регулируемый диаметр светового пятна в диапазоне 105-210 мм., -глубина освещенности 60% L1+L2 в ддиапазоне 46-48см. -глубина освещенности 20% L1+L2 в диапазоне 67-69см.
2.4.	Управление блоком излучения света (включение/выключение, изменение интенсивности, размера светового пятна) должно осуществляться с панели управления на рычаге блока излучения света, либо на самом блоке, маневрирование светильника должно осуществляться с помощью встроенных в купол двух рукояток.
2.5.	Питание от сети переменного тока 220-230В, общая потребляемая мощность светильника не более 60 Ват.