УТВЕРЖДАЮ
_____
_____
«08» 04 2026 г.

Техническое задание
Ремонт аппарата УВЧ

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: ремонт аппарата УВЧ

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.13.12.400 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электротерапевтического оборудования».

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 500,00 бел.руб.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новополоцка.

1.5. Объем закупаемых услуг, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке услуг	Требования предъявляемые к услугам	Объем услуг	Условия оплаты услуг	Срок оказания услуг
1	Услуги по ремонту аппарата УВЧ, приложение № 1	Согласно технической эксплуатационной документации производителя. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

1.6. Участник должен представить следующие документы:

1.6.1 заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять услуги по ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов настоящего пункта, для выполнения услуг по ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.7. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, государственная поверка, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78

2.2. Запчасти должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Выполненные услуги по ремонту оформляются актом выполненных работ.

2.5.По окончанию выполнения работ Исполнитель должен предоставить акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов.

2.6. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее трех месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.7. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом га-

рантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.8. Ремонт оборудования производится по месту нахождения Исполнителя.

Начальник отдела по ремонту оборудования — Е.В. Хромова

Инженер по метрологии — Т.З. Ляхнович

Юрисконсульт — В.В. Гордеева

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту
аппарата УВЧ

Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка / год выпуска	Кол-во, шт.	Заводской номер	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Аппарат УВЧ	«УВЧ-80 Мед-ТеКо» 2023 года выпуска	1	704	Производитель ООО МедТеКо Протокол 202

16470

УП "Медтехника" г. Витебск, лаборатория метрологии, г. Витебск, ул. Лазо, 108, 210033, тел.(0212) 66-35-27

ПРОТОКОЛ № 202

контроля технических параметров аппарата "УВЧ-80 МедТеКо" зав.№ 704
Принадлежащего: УЗ "НОВОПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Измерения проводил : Макаренко Е.Д. Дата 10.06.2026
Место проведения измерений: г. Витебск, ул.Коммунистическая 4
Условия проведения измерений: температура воздуха 22,2 °С относительная влажность 53,3 %
давление 99,2 кПа
Средства измерений: Измеритель мощности и частоты ИМЧ-01 зав.№ 384 до 05.03.2027
секундомер СОСпр.-2б з. № 8259 до 17.03.2027
Методика контроля технических параметров МКТП 06-2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1 Внешний осмотр и опробование
Вывод: соответствует (не соответствует) п. 6.1, п. 6.2 методики
2 Определение погрешности установки времени процедурных часов, %
доп. ±10 изм. 2
Вывод: соответствует (не соответствует) п 6.3 методики
3 Определение погрешности установки частоты высокочастотных колебаний, МГц
доп. 27,12 ± 0,163 изм. 27,12
Вывод: соответствует (не соответствует) п 6.4 методики
4 Определение погрешности установки выходной мощности
переключателя выходной мощности

№ ступени	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальное значение мощности, Вт	10	15	20	30	40	50	60	70	80
Измеренное значение мощности, Вт	2	6	7	8	12	15	16	18	21
Относительная погрешность установки мощности, %	80	60	65	73	70	80	80	74	80
Допустимая погрешность установки мощности, %		± 20							

Вывод: соответствует (не соответствует) п 6.5 методики
Заключение о результатах контроля технических параметров
Аппарат признан пригодным (непригодным) к применению согласно ТД
Причина непригодности п.4 Измеренное значение мощности вне диапазона допустимых значений
Подпись проводившего измерения

Адрес юридического лица: 210033 г. Витебск ул.Лазо, 108 тел (0212) 66-35-27