БелМТ №954/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Электрод для временной кардиостимуляции с принадлежностями	комплект	10

Состав одного комплекта:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Электрод для временной кардиостимуляции	1
2.	Шприц для раздутия баллона	1
3.	ЭКГ адаптер	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1. Материал изготовления – армированный полимер;
2.2. Размер электрода 5F;
2.3. Наличие баллона между дистальной и проксимальной метками для обеспечения возможности установки электрода без использования рентген-операционной;
2.4. Расстояние между дистальной и проксимальной метками должно составлять не менее 1см;
2.5. Диаметр баллона не менее 4F;
2.6. Размер и материал баллона должны обеспечивать доступ в камеру сердца через трехстворчатый клапан;
2.7. Индивидуальная упаковка;
2.8. Стерильность.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.