БелМТ №955/26

лот 1

Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Видеобронхоскоп терапевтический, высокого разрешения.	шт.	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг) :

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Угол поля зрения	не менее 120 °	
2.2	Глубина резкости, пределы	3-100 мм	
2.3	Диаметр вводимой части	не более 6,0 мм	
2.4	Диапазон угла изгиба дистального конца	Вверх/вниз 180 ° /130 ° вправо/влево120 °/120 °	
2.5	Получение изображения в режиме освещения слизистой в узковолновом свете.	Наличие	
2.6	Длина: рабочая	не менее 600 мм	
2.7	Диаметр инструментального канала	не менее 2,8 мм	
2.9	Совместимость и интеграция с имеющимся в отделении эндоскопическим оборудованием EVIS EXERA III производства Olympus (Япония)	Наличие (оригинальные, либо иметь подтверждение о совместимости)	*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документом организатора.

* - в случае несоответствия в коммерческом предложении данного параметра, предложение будет отклонено.