Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Видеоэндоскопический комплекс в составе:	шт.	1
1.1.	Монитор медицинский в комплекте:	шт.	1
1.1.1.	крепление (специальный кронштейн) для установки на тележку эндоскопическую	шт.	1
1.2.	Видеопроцессор в комплекте:	шт.	1
1.2.1.	соединительные кабели DVI, SDI, Y\C	комплект	1
1.2.2.	контейнер (емкость) для воды с трубкой подачи воздуха – воды	шт.	2
1.3.	Видеогастроскоп	шт.	2
1.4.	Тестер герметичности	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Монитор медицинский		
2.1.1.	Тип монитора – жидкокристаллический	Наличие	
2.1.2.	Стандарт изображения HDTV	Наличие	
2.1.3.	Диагональ экрана, не менее 24 дюймов	Наличие	
2.1.4.	Угол поля зрения, по вертикали/горизонтали, не менее 178°	Наличие	
2.1.5.	Разрешение матрицы, пикселей не менее 1920x1080	Наличие	
2.1.6.	Видеовыход DVI, не менее 2-х	Наличие	
2.1.7.	Видеовыход SDI, не менее 1-го	Наличие	
2.1.8.	Видеовыходы сквозные (DVI,Y\C)	Наличие	
2.1.9.	Совместимость с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров	Наличие	
2.2.	Видеопроцессор		
2.2.1.	Видеовыходы совместимые с видеомонитором DVI, SDI, Y\C	Наличие	
2.2.2.	Электронный блок для подключения видеоэндоскопов (видеогастроскопов, видеоколоноскопов, видеобронхоскопов, видеодуоденоскопов)		
2.2.3.	Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов	Наличие	
2.2.4.	Система выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки	Наличие	
2.2.5.	Функция заморозки изображения	Наличие	
2.2.6.	Передача видеоинформации	Наличие	
2.2.7.	Режимы регулировки освещенности –автоматический или по пиковому (среднему) значению.	Наличие	

2.2.8.	Клавиатура с соединительным кабелем	Наличие	
2.2.9.	Тип лампы ксенон с мощностью, не менее 150 Вт	Наличие	
2.2.10.	Индикатор износа лампы	Наличие	
2.2.11.	Индикатор уровня яркости	Наличие	
2.2.12.	Заглушка для установки баланса белого	Наличие	
2.2.13.	USB-порта на лицевой или задней панели для подключения USB-носителей	Наличие	
2.3.	Видеогастроскоп		
2.3.1.	Диаметр дистального конца, не менее 9,8 мм/ не более 10,2 мм	Наличие	
2.3.2.	Диаметр вводимой трубки, не более 9,8 мм	Наличие	
2.3.3.	Диапазон угла изгиба дистального конца должна быть не менее 210° вверх, 100° вниз, 100° вправо и влево	Наличие	
2.3.4.	Общая длина должна быть не менее 1370 мм.	Наличие	
2.3.5.	Рабочая длина должна быть 1030 не менее мм.	Наличие	
2.3.6.	Глубина резкости, не менее 3 мм. и не более 100 мм.	Наличие	
2.3.7.	Поле зрения, не менее 140°	Наличие	
2.3.8.	Внутренний диаметр инструментального канала, не более 2,8 мм.	Наличие	
2.3.9.	С функцией подачи воды под давлением	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.