Приложение №1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Шило острое

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	наименование ЛОТа	единица измерения	Количество
Лот №4	Шило острое	штуки	16

2. Технические требования

2.1 Длина 15-20 см ,острое

2.2 Длина рабочей части не менее 8 см

2.3 Цилиндрическая или Т-образная рукоятка

2.4 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.5 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.6 Материал - медицинская сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Зажим типа Шомли

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав/размер	Количество
Лот №5 Зажим типа Шамли	длина 210-260 мм, прямой	36 шт
	длина 210-260 мм, изогнутый	112 шт

2. Технические требования

2.1 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.2 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.3 Материал - медицинская сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Корнцанг

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав/размер	Количество
Лот №6 Корнцанг	длина 210-260 мм, прямой, овальные губки с насечками, длина рабочей части не менее 8см	75 шт
	длина 210-260 мм, изогнутый, овальные губки с насечками, длина рабочей части не менее 8 см	100 шт

2. Технические требования

2.1 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.2 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.3 Материал - медицинская сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;===~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Зажим-держатель хрящевой типа Мартин

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	наименование ЛОТа	единица измерения	Количество
Лот №7	Зажим-держатель хрящевой типа Мартин	штука	17

2. Технические требования

2.1 Длина не менее 19 см с кремальерой

2.2 Прямой

2.3 Длина рабочей части не менее 25 мм

2.4 Рабочая часть зубчатая на протяжении не менее 20 мм

2.5 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.6 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.7 Материал – медицинская сталь или титановый сплав

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;==~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Костный рычаг V-образной формы

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Единица измерения	Количество
Лот №9	Костный рычаг V-образной формы	штука	10

2. Технические требования

2.1 изогнутый, длина не менее 26 см

2.2 рабочая часть плоская, с 2 острыми изогнутыми зубьями не более 20 мм

2.3 ширина рабочей части 40-50 мм

2.4 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.5 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.6 Материал – сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Костный рычаг

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	наименование ЛОТа	Единица измерения	Количество
Лот №10	Костный рычаг	штука	9

2. Технические требования

2.1 Изогнутый, длина 23-28 см,

2.2 Рабочая часть плоская с 1 острым изогнутым зубом не более 40 мм

2.3 Ширина рабочей части 18-20 мм

2.4 Длина рабочей части 30-50 мм

2.5 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.6 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.7 Материал – сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Костный рычаг типа HOHMANN

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Единица измерения	Количество
Лот №11	Костный рычаг типа HOHMANN	штука	20

2. Технические требования

2.1 Изогнутый,

2.2 Длина 25-30 см,

2.3 Рабочая часть плоская, с 1 острым изогнутым зубом не длиннее 30 мм,

2.4 Ширина рабочей части 38-45 мм

2.5 Длина рабочей части 50-60 мм

2.6 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.7 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.8 Материал -- сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;==~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные парамстры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Ретрактор зубчатый

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	размер	Количество
Лот №12	Ретрактор зубчатый	длина не менее 25 см, размер рабочей части 70 * 70 мм, 6 – 8 зубьев, тупые	9 шт
		длина не менее 25 см, размер рабочей части 50 * 60 мм, 6 – 8 зубьев, тупые	12 шт

2. Технические требования

2.1 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.2 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.3 Материал – сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;==~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Кусачки медицинские

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав/размер	Количество
Лот №13 Кусачки медицинские	длина не менее 45 см, с шарниром, боковые, для перекусывания стержней не менее 5 мм в диаметре	24 шт.
	длина не менее 18 см, с шарниром, торцевые, для перекусывания стержней не менее 2 мм в диаметре	32 шт

2. Технические требования

2.1 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.2 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.3 Материал – медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

ретрактор Weitlaner или аналог

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	единица измерения	Количество
Лот №14	ретрактор Weitlaner или аналог	штука	15

2. Технические требования

2.1 Длина 15-20 см, с регулируемой кремальерой,

2.2 Размер рабочей части 20-40 мм, зубчатые, 4-6 зубьев, тупые

2.3 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.4 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.5 Материал – сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1 наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Зажим-костодержатель репозиционный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер ЛОТа	Наименование ЛОТа	Технические характеристики и состав	Количество
ЛОТ №15	Зажим-костодержатель репозиционный	Зажим-костодержатель репозиционный 4-х зубый, зубья острые, реечная кремольера, общая длина общая 18-25 см, длина рабочей части не менее 4 см.	36 шт
		Зажим-костодержатель репозиционный тазовый, заостренные шаровидные держатели, быстросъемная винтовая кремальера, общая длина не менее 25 см. длина рабочей части не менее 10 см	4 шт

2. Технические требования

2.1 Изделия не должны подвергаться коррозии при их контакте с тканями, при их обработке, дезинфекции и стерилизации.

2.2 Изделия должны быть устойчивы к стерилизации и дезинфекции

2.3 Материал – сплав титана или медицинская сталь

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.