Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот№ 148 Реагенты и контрольные материалы для иммунофлуориметра i-CHROMA компании Boditech Med пр-во Корея

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	ПСА	набор	8
2	Комплект контрольных материалов ПСА	комплект	8
3	Ревмофактор	набор	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **Boditech Med, Корея - i-CHROMA;**

2.2 Реагенты и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Каждый набор должен включать полный комплект реагентов, необходимых для проведения не менее 10 исследований;

2.4 Каждый комплект контрольных материалов из расчета два флакона: уровень 1, объем флакона не менее 0,5 мл; уровень 2, объем флакона не менее 0,5 мл;

2.5 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорта контрольных материалов;

2.6 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ГУЗО Брестского облисполкома — А.В. Маркевич

Врач клинической лабораторной диагностики ЦКДЛ УЗ «БОКВД» — И.Р. Линская