Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Рабочее место врача-офтальмолога	комплект	1
1.1.	Инструментальный поворотный стол на 2 прибора	шт.	1
1.2.	Авторефрактометр - кератометр	шт.	1
1.3.	Автоматический проектор знаков с пультом дистанционного управления и экраном	шт.	1
1.4.	Бесконтактный пневмотонометр	шт.	1
1.5.	Отдельный инструментальный электрический стол для бесконтактного пневмотонометра	шт.	1
1.6.	Кресло для пациента	шт.	1
1.7.	Бумага для термопринтера авторефрактометра и для термопринтера пневмотонометра	упак.	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Инструментальный поворотный стол на 2 прибора	Наличие	
2.1.1.	Вращающееся устройство для 2-х приборов с поворотной стойкой для крепления проектора знаков и лампы освещения	Наличие	
2.1.2.	Ящик для набора пробных линз и пробной оправы	Наличие	
2.1.3.	Встроенные розетки для подключения приборов	Наличие	
2.2.	Авторефрактометр - кератометр	Наличие	
2.2.1	Измерение расстояния между зрачками	Наличие	
2.2.2.	Возможность определения рефракции у взрослых и у пациентов после рефракционных операций	Наличие	
2.2.3.	Встроенный монитор и термопринтер	Наличие	
2.2.4.	Диапазон измерения: Рефрактометрия: - сфера не менее ± 20,0 D, цилиндр не менее ± 8,0 D - осевой угол от 0° до 180° (шаг 1°). Кератометрия: - радиус кривизны роговицы не менее 5-10 мм., шаг 0,1 мм. - рефракция роговицы не менее 35,0 D – 60,0 D - роговичный астигматизм не менее 10,0 D	Наличие	
2.2.5.	Запись измеренных данных на встроенном термопринтере	Наличие	
2.2.6.	Фокусировка при помощи встроенного монитора	Наличие	
2.2.7.	Режим автосохранения: автоматическое выключение после 10 минут бездействия	Наличие	
2.2.8.	Режим ИОЛ: наличие специального режима при измерении глаз с интраокулярной линзой	Наличие	

2.3.	Автоматический проектор знаков	Наличие	
2.3.1.	Проекционное расстояние не менее 3 м.	Наличие	
2.3.2.	Инфракрасный пульт дистанционного управления	Наличие	
2.3.3.	Набор таблиц для проверки остроты зрения у взрослых	Наличие	
2.3.4.	Тесты для проверки бинокулярного зрения	Наличие	
2.3.5.	Стереотест для проверки стереоскопии	Наличие	
2.3.6.	Тесты для проверки астигматизма	Наличие	
2.3.7.	Возможность работы в освещенном помещении	Наличие	
2.3.8.	Автоматическое отключение после 10 минут неиспользования	Наличие	
2.4.	Бесконтактный пневмотонометр	Наличие	
2.4.1.	Измерение: воздушная струя	Наличие	
2.4.2.	Диапазон измерения не менее 1-60 мм. рт. ст., шаг 1 мм. рт. ст.	Наличие	
2.4.3.	Время измерения не более 5,0 сек.	Наличие	
2.4.4.	Рабочее расстояние не менее 10,0 мм.	Наличие	
2.4.5.	Режимы работы: ручной, полуавтоматический, автоматический	Наличие	
2.4.6.	Режим наведения: автоматическое наведение на глаз	Наличие	
2.4.7.	Контроль век	Наличие	
2.4.8.	Наличие упора для подбородка с возможностью изменения высоты подбородника	Наличие	
2.4.9.	Авторегулировка и контроль силы струи воздуха	Наличие	
2.4.10.	Вывод результатов измерений: на монитор, на встроенный термопринтер, через компьютерный порт	Наличие	
2.4.11.	Режим экономии энергии: автоматическое отключение	Наличие	
2.4.12.	Встроенный термопринтер	Наличие	
2.4.13.	Встроенный жидкокристаллический монитор	Наличие	
2.4.14.	Отдельный, регулируемый по высоте электрический инструментальный стол	Наличие	
2.5.	Кресло для пациента	Наличие	
2.5.1.	Электроподъемное с подставкой для ног, подлокотниками	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. Согласно аукционным документам.