Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Автоматический промыватель планшетов	шт.	2
1.1.	Емкости для моющего раствора, для ополаскивающего раствора, для отходов	комплект	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Автоматический промыватель планшетов	Наличие	
2.1.1.	Количество каналов подачи моющих растворов, не менее 3	Наличие	
2.1.2.	Возможность сохранения в памяти прибора, не менее 30 программ промывки	Наличие	
2.1.3.	Диапазон объемов промывки от 50 мкл. до 450 мкл. на лунку	Наличие	
2.1.4.	Количество циклов мойки, не более 15	Наличие	
2.1.5.	Время экспозиции между циклами от 20 до 300 сек.	Наличие	
2.1.6.	Остаточный объем жидкости после промывки, не более 5 мкл.	Наличие	
2.1.7.	Полная индикация параметров программ на дисплее	Наличие	
2.1.8.	Промывки и аспирации микропланшетов с различной конфигурацией дна	Наличие	
2.1.9.	Возможность придонной отмывки	Наличие	
2.1.10.	Промывка каналов в автоматическом режиме	Наличие	
2.1.11.	Обработка любого стрипа планшета по индивидуальной программе	Наличие	
2.1.12.	Режим отмачивания от 20 до 300 сек.	Наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.