Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Винтовой привод полноразмерного лепестка (Screw, Assy, Full Leaf Drive) или аналог	2
1.2.	Т-гайка полноразмерного лепестка (Solid Nut, Full) или аналог	40
1.3.	Моторчик полного лепестка (Drive Motor Full Leaf) или аналог	10
1.4.	Тиратрон DEUTERIUM-FILLED, FAST RCVY, TET THYRATRON или аналог	5
1.5.	Модуль тиратрона (Thyratron module) или аналог	1
1.6.	Шланг (Hose 1.0' 49'L) или аналог	2
1.7.	Блок питания (Power Supply 96 VDC (2X 48 VDC)) или аналог	1

2. Технические требования.

2.1.Полная совместимость запчастей с линейными ускорителями Varian

2.2.запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок не менее 3 месяцев с даты ввода в эксплуатацию