М/о

ИПС

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_____ И.С. Абельская
«11» ноября 2026 г.

Техническое задание

Лот № 1	
Наименование товаров (работ, услуг)	Ремонт системы двухдлинноволновой лазерной: модель Versa Pulse Power Suite 80W/100W
Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	33.14.19.200
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)
Необходимое количество и единица измерения	1 усл.ед.
Предназначение предмета закупки или область применения	Учреждения здравоохранения
Описание предмета закупки	Ремонт системы двухдлинноволновой лазерной: модель Versa Pulse Power Suite 80W/100W инв.№ 01376590 зав.№ 266 включает в себя: 1. Замену стекол защитного экрана (экранов) – 2 шт.
Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества	Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).
Требования при ремонте медицинской техники	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от

	03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».

Составители:

Начальник отдела
по обслуживанию медоборудования Д.В.Марчук