ДП П СМК 7.5-02-2019 вер.1.6
ДП СМК 8.3-01-2020 вер.1.6

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела сервиса
ООО «ТахатАкси»
_____ С.А. Фомин
«3» 2026 г.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ОТДЕЛ СЕРВИСА

АКТ 2026/0206
технического состояния
Принтер к Balance Manager, зав.№ TH78Q6R072

Основание (цель) выполнения операции.	Дата проведения операции	Исполнитель	Заказчик (учреждение, организация)
Диагностика	18.06.2026	Нестеренко П.Н.	ГУЗ «РКМЦ УД Президента»

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Принтер	шт.	1	TH78Q6R072	инв № 01377045

1. Техническое состояние

Принтер к Balance Manager, зав.№ TH78Q6R072 неисправен. После осмотра и диагностики выявлены следующие дефекты:

- Неисправность платы управления;
- Неисправность картриджа;
- Неисправность модуля управления тонером.

2. Техническое заключение

Принтер к Balance Manager, зав.№ TH78Q6R072 не пригоден к ремонту.

Комиссия в составе:

Инженер-электроник _____ Капустин А.С.

Инженер-электроник _____ Храмкова А.С.

Инженер ООО «Трейдинг»