ЛОТ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Rightest® GM100», (Bionime Corporation, Тайвань) – закрытая система.

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Rightest® GM100», (Bionime Corporation, Тайвань) – закрытая система	шт.	1 389 800

2. Технические требования.

2.1. Совместимость тест-полосок и глюкометра, к которому производится закупка, должна подтверждаться производителем глюкометра;

2.2. Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.3. Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.4. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.5. Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.6. Тест-полоски к глюкометру, расфасованы в индивидуальные упаковки.

2.7. Индивидуальная упаковка с указанием:

товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

наименования изделия;

количества;

даты изготовления (месяц, год);

номера партии;

гарантийного срока хранения.

ЛОТ 2

Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Сателлит экспресс» (ООО «Компания Элта», РФ) – закрытая система.

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Сателлит экспресс» (ООО «Компания Элта», РФ) – закрытая система	шт.	3 425 750

2. Технические требования.

2.1. Совместимость тест-полосок и глюкометра, к которому производится закупка, должна подтверждаться производителем глюкометра;

2.2. Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.3. Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.4. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.5. Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.6. Тест-полоски к глюкометру, расфасованы в индивидуальные упаковки.

2.7. Индивидуальная упаковка с указанием:

товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
наименования изделия;
количества;
даты изготовления (месяц, год);
номера партии;
гарантийного срока хранения.

ЛОТ 3

Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Prolife PM200» (Bionime Corporation, Тайвань, Китай) – закрытая система.

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Prolife PM200» (Bionime Corporation, Тайвань, Китай) – закрытая система;	шт.	3 125 825

2. Технические требования.

2.1. Совместимость тест-полосок и глюкометра, к которому производится закупка, должна подтверждаться производителем глюкометра;

2.2. Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.3. Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.4. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.5. Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.6. Тест-полоски к глюкометру, расфасованы индивидуальные упаковки.

2.7. Индивидуальная упаковка с указанием:

товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
наименования изделия;
количества;
даты изготовления (месяц, год);
номера партии;
гарантийного срока хранения.

ЛОТ 4

Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Finetest Auto-coding™ premium» (Infopia Co., Ltd., Корея) – закрытая система.

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Тест-полоски для определения гликемии, совместимые с глюкометром «Finetest Auto-coding™ premium» (Infopia Co., Ltd., Корея) – закрытая система.	шт.	3 686 657

2. Технические требования.

2.1. Совместимость тест-полосок и глюкометра, к которому производится закупка, должна подтверждаться производителем глюкометра;

2.2. Упаковка должна предохранять тест-полоски от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;

2.3. Не требуют специальных условий хранения и эксплуатации;

2.4. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);

2.5. Минимальная капля крови - не более 2 мкл;

2.6. Тест-полоски к глюкометру, расфасованные в индивидуальные упаковки.

2.7. Индивидуальная упаковка с указанием:

товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
наименования изделия;
количества;
даты изготовления (месяц, год);
номера партии;
гарантийного срока хранения.