Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку прибора для измерения освещенности в видимой области спектра

1. Предмет закупки, назначение: прибор для измерения освещенности в видимой области спектра.

2. Основание закупки: измерение освещенности в видимой области спектра, создаваемой искусственными или естественными источниками, при выполнении измерений физических факторов воздушной среды при проведении аттестации рабочих мест согласно ГОСТ 24940-2016.

3. Требования, предъявляемые к товару.

3.1 Технические и метрологические характеристики.

Технические и метрологические характеристики поставляемого оборудования должны в полном объеме удовлетворять требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1. Технические и метрологические характеристики.

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1	Диапазон измерений освещенности, лк, не менее	от 1 до 200000
2	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения освещенности, %, не более	± 6%
3	Тип исполнения	переносной
4	Жидкокристаллический индикатор, органы управления	наличие

3.2 Комплектность.

Комплект поставки товара должен соответствовать требованиям, представленным в таблице 2.

Таблица 2 Состав комплекта прибора.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Прибор для измерения освещенности в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем	1 комплект
2	Сумка или иная индивидуальная тара для хранения и транспортировки прибора (при ее отсутствии в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем)	1 шт.

4. Требования к комплекту технической документации, поставляемой с прибором.

4.1 Техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.

В комплект технической документации должен входить:

4.2 паспорт (или иной документ), содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя с отметкой о дате изготовления и указанием срока эксплуатации оборудования;

4.3 руководство (или иной документ) по эксплуатации оборудования;

4.4 копия сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» с приложением. Документы должны быть действующими на момент поставки оборудования;

4.5 копия сертификата об утверждении типа средства измерений, зарегистрированного в Государственном реестре Республики Беларусь. Для серийно выпускаемого оборудования документ должен быть действующим на дату изготовления поставляемого оборудования;

4.6 свидетельство о первичной государственной поверке или отметка в паспорте, признаваемая на территории Республики Беларусь.

5. Гарантийные обязательства.

5.1 Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование - не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя.

5.2 Доставка оборудования и его возврат для выполнения гарантийных обязательств по ремонту должны осуществляться за счет Поставщика.

5.3 В случае необходимости проведения внеочередной поверки оборудования, возникшей в результате устранения дефектов в гарантийный срок обслуживания, Поставщик обязуется обеспечить ее проведение за свой счет.

6. Дополнительные требования.

Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, дата выпуска - не ранее 2025 года.

7. Требования к технической документации, поставляемой с предложением.

Участник в составе своей технической части коммерческого предложения должен предоставить следующие документы:

7.1. подробное техническое описание предлагаемого товара на русском языке с предоставлением информации в соответствии с пунктом 3 технического задания;

7.2. подтверждение выполнения требований пунктов 4-6 технического задания;

7.3. копию действующего сертификата об утверждении типа средств измерений, зарегистрированного в Государственном реестре Республики Беларусь, с описанием типа средства измерения, действующего на дату изготовления поставляемого оборудования, либо гарантию о предоставлении копии документа на момент поставки оборудования.