Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку прибора для измерения интенсивности УФ излучения

1. Предмет закупки, назначение: прибор для измерения интенсивности УФ излучения предназначен для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий, от производственных и бытовых источников в диапазоне длин волн 200-400 нм.

2. Основание закупки: обеспечение проведения аттестации рабочих мест и выполнения планов контроля физических факторов ОАО «Нафтан».

3. Требования, предъявляемые к товару.

3.1 Технические и метрологические характеристики.

Технические и метрологические характеристики поставляемого оборудования должны в полном объеме удовлетворять требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1. Технические и метрологические характеристики.

№ п/п	Наименование характеристики	Значение
1.	Диапазон измерений энергетической освещённости, мВт/м^2 -в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм -в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм -в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм	 от 1,0 до 20000 от 10 до 50000 от 10 до 50000
2.	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения энергетической освещённости, %	±10,0
3.	Время непрерывной работы прибора, ч, не менее	5
4.	Тип исполнения	переносной

3.2 Комплектность.

Комплект поставки товара должен соответствовать требованиям, представленным в таблице 2.

Таблица 2. Состав комплекта прибора.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Прибор для измерения интенсивности УФ излучения в комплектации, предусмотренной заводом- изготовителем	1 комплект
2	Сумка (или иная индивидуальная тара) для хранения и транспортировки прибора	1 шт.

4.Требования к комплекту технической документации, поставляемой с прибором.

4.1 Техническая документация должна быть предоставлена на русском языке.

В комплект технической документации должен входить:

4.2 паспорт (или иной документ), содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя с отметкой о дате изготовления и указанием срока эксплуатации оборудования;

4.3 руководство (или иной документ) по эксплуатации оборудования;

4.4 копия сертификата или декларации на поставляемое оборудование о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» с приложением. Документы должны быть действующими на момент поставки оборудования;

4.5 копия сертификата об утверждении типа средства измерений, зарегистрированного в Государственном реестре Республики Беларусь. Для серийно выпускаемого оборудования документ должен быть действующим на дату изготовления поставляемого оборудования;

4.6 свидетельство о первичной государственной поверке или отметка в паспорте, признаваемая на территории Республики Беларусь.

5. Гарантийные обязательства.

5.1 Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование - не менее 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя.

5.2 Доставка оборудования и его возврат для выполнения гарантийных обязательств по ремонту должны осуществляться за счет Поставщика.

5.3 В случае необходимости проведения внеочередной поверки оборудования, возникшей в результате устранения дефектов в гарантийный срок обслуживания, Поставщик обязуется обеспечить ее проведение за свой счет.

6. Дополнительные требования.

Оборудование, предлагаемое к поставке, должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, дата выпуска - не ранее 2025 года.

7. Требования к технической документации, поставляемой с предложением.

Участник в составе своей технической части коммерческого предложения должен предоставить следующие документы:

7.1 подробное техническое описание предлагаемого товара на русском языке с предоставлением информации в соответствии с пунктом 3 технического задания;

7.2 подтверждение выполнения требований пунктов 4-6 технического задания;

7.3 копию действующего сертификата об утверждении типа средств измерений, зарегистрированного в Государственном реестре Республики Беларусь, с описанием типа средства измерения, действующего на дату изготовления поставляемого оборудования, либо гарантию о предоставлении копии документа на момент поставки оборудования.