Приложение№1

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1.Состав (комплектация) медицинского оборудования к Лоту № 1

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Устройство для разогрева парафина и озокерита	1шт.
1.2	Корпус	наличие
1.3	Два бака с крышками	наличие
1.4	Электронагреватель	наличие
1.5	Два шаровых крана	наличие
1.6	Пульт управления с блоком управления	наличие
1.7	Подставка	наличие
1.8	Лотки из нержавеющей стали	10шт.
1.9	Паспорт	1шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.1.	Устройство разогрева парафина и озокерита предназначено для нагревания до стадии плавления озокерита, парафина или их смесей при проведении местных апликаций в ЛУ.
2.1.1.	Корпус, бачки и нагревающий элемент изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговременную работу устройства без коррозии.
2.1.2.	Плавление материалов происходит за счет водяной бани, что исключает подгорание и порчу структуры парафина или озокерита.
2.1.3	Пульт позволяет регулировать и контролировать температуру, а также следить за уровнем воды в системе.
2.1.4.	Слив смеси осуществляется через герметичные двухходовые шаровые краны
2.1.5	Емкость каждого бака для разогрева парафина (озокерита)- не менее 15 литров.
2.1.6	Время нагрева парафина (озокерита) до 95°С- не более 120 минут.
2.1.7	Максимальная электрическая мощность -не более 2,0 кВт
2.1.8	Номинальное напряжение питающей сети -220 В

3. Требования , предъявляемые к качеству товара , гарантийному сроку.

3.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в т.ч. , который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев.

Приложение№2

Технические характеристики (описание) медицинского оборудования

1.Состав (комплектация) медицинского оборудования к Лоту № 2

№ п/п	Наименование	Количество
2.1.	Аппарат Радиус-01 Интер СМ	1шт
2.2.	Кабель пациента№1	1шт
2.3.	Кабель пациента№2	1шт
2.4	Кабель пациента№3	1шт
2.5	Электрод фланелевый	6шт
2.6	Паспорт	1шт
2.7	Руководство по эксплуатации	1шт

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Базовый параметр
2.1	Масса , кг, не более	3,5
2.2.	Габаритные размеры, мм, не более	320/300/105
2.3.	Напряжение питания, В	207-253
2.4.	Потребляемая мощность, Вт, не более	30
2.5.	Ток пациента, мА	0-80
2.6.	Ток пациента в режиме ИТ, мА, в диапазоне	0-40
2.7.	Количество каналов	1+2 (для ИТ)
2.8.	Диапазон регулирования несущих частот колебаний	Режим СМТ токов (2-10) кГц +/- 10%, шагом 1 Гц Режим ИТ токов 4 кГц +/- 10%
2.9	Диапазон регулирования частот модуляции	1-150 Гц +/- 10%, с шагом 25%
3.0	Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции	0-125% , с шагом 25%
	Диапазон регулирования частот ИТ	ручной режим (0-100) Гц автоматический режим (0-10; 25-50; 5 100; 90-100; 0-100) Гц периоды повторения (15+/-1,5) с.

2.1 Предназначен для обслуживания одного пациента и для одного поля воздействия .

2.2 Время установления рабочего режима: не более 1 мин.

2.3 Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.

2.4 Плавная установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.

2.5 Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля:

- при превышении установленного безопасного предела тока пациента
- после окончания процедуры по команде таймера.

2.6 Класс возможных последствий – А.

2.7 Группа воспринимаемых механических воздействий -переносной.

3. Требования , предъявляемые к качеству товара , гарантийному сроку (годности ,стерильности) .

3.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в т.ч. , который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев.

Разработчик:

Старшая медицинская сестра И.П. Юрашкевич

Согласовано:

Заместитель главного врача
УЗ « Лунинецкая центральная
районная больница Т.А. Гурбанович

Главный внештатный специалист
по физиотерапии и нетрадиционным методам
лечения ГУЗО Брестского
облисполкома Л.А. Жайворонок